

# Information

No.2017-66 Date 2017.11.14

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、従来試薬販売中止のため同一試薬製造販売元の改良試薬（遺伝子型GⅡ.17に対する反応性の改善）に変更させていただきます。この変更に伴う受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白



### ● 項目名

● ノロウイルス抗原(NV抗原)/EIA

(依頼コードNo.01218)

変更日 2017年12月1日(金)受付分より

裏面に続きます

株式会社 第一岸本臨床検査センター

札幌本社：〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎(011)787-2111 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

## 受託要領

	新	従来
依頼コードNo.	01218	同左
検査項目名	ノロウイルス抗原/EIA	同左
統一コード	5F630-1410-015-023	同左
検査材料	糞便	同左
検体必要量	1.0g	同左
容器	F-1	同左
検体の保管方法	凍結	同左
所要日数	2~5	同左
検査方法	EIA法	同左
基準値	(-)	同左
単位	なし	同左
報告形式	(-), (+)	同左
検査実施料/判断料	未収載	同左

## 一致率表

		従来		
		+	-	合計
新	+	12	0	12
	-	0	40	40
合計		12	40	52

陽性一致率 100.0%  
陰性一致率 100.0%  
判定一致率 100.0%

自社検討資料