

Information

No.2025-7 Date 2025.1.

検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして検査項目統合のため、下記の日程にて検査の受託を中止させていただきます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
謹白



項目名

総合検査案内 2024:110 ページ

● HBs抗体半定量/PHA法

(依頼コード No.00743)

最終受託日 2025年3月31日(月) ご依頼分まで

- 代替項目はございません。
- 関連項目
依頼コードNo.00744 : HBs抗体/CLIA法

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**

札幌本社: 〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

受託要領(ご参考)

	関連項目	受託中止項目
検査項目名 及び 依頼(報告) コードNo.	00744(親)HBs抗体/CLIA ----- (子)04831 判定 (子)04832 定量値	00743 HBs抗体半定量/PHA
統一コード	5F016-1430-023-051	5F016-1430-023-103
検体必要量	血清 0.6mL	血清 0.2mL
容器	B-1 → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	1~3	2~4
検査方法	CLIA法	PHA法
基準値	判定 : (-) 定量値 : 10.0未満	8未満
単位	判定 : なし 定量値 : mIU/mL	倍
報告範囲 (報告形式)	判定 : (-)、(+) 定量値 : 2.5未満~1000.0以上	8未満~4096以上
報告桁数	判定 : なし 定量値 : 小数第1位	整数
検査実施料/判断料	88点/144点(免疫学的検査)	32点/144点(免疫学的検査)

判定一致率表(ご参考)

		中止項目		
		+	-	合計
関連項目	+	55	2	57
	-	3	10	13
	合計	58	12	70

陽性一致率 : 94.8%
陰性一致率 : 83.3%
判定一致率 : 92.9%

※中止項目は半定量検査のため、判定一致率表では
8倍以上を(+)、8倍未満を(-)と判定しております。

(自社検討資料)