

# Information

No.2025-19 Date 2025.4.

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記項目につきまして、従来試薬の販売中止のため、別メーカーの測定試薬に変更させていただきます。  
なお、この変更に伴い、依頼コードNo、統一コード、検査方法を変更させていただきます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



### ● 項目名

総合検査案内 2024 : 170 ページ掲載

● UGT1A1\*28\*6 2項目セット (依頼コードNo.01844 → 13750)

変更日 2025年5月12日(月) ご依頼分より

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**

札幌本社：〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

## 受託要領

	新	従来
依頼コードNo.	13750	01844
検査項目名	UGT1A1*28*6	同左
統一コード	8C933-9956-019-851	8C933-9956-019-951
検体必要量	血液 2.0mL	同左
容器	B-30(遺伝子解析用)	同左
検体の保存方法	冷蔵(開封厳禁)	同左
所要日数	3~7	同左
検査方法	PCR法	Invader法
基準値	なし	同左
単位	なし	同左
報告範囲	別紙報告	同左
検査実施料/判断料	2004点/100点 (遺伝子関連・染色体検査)	同左
備考	ファーマコゲノミクス(PGx)検査のご依頼については、「遺伝学的検査(倫理指針項目)のご依頼」(総合検査案内の手引き-12)をご参照ください。 匿名化での依頼をご希望の際は匿名化依頼書をご使用ください。	同左

## 判定一致率表

UGT1A1*28		従来法(Invader法)				合計
		-/-	-/*28	*28/*28	判定不能	
新法 (PCR法)	-/-	48	0	0	11	59
	-/*28	0	34	0	0	34
	*28/*28	0	0	17	0	17
	判定不能	0	0	0	0	0
合計		48	34	17	11	110

UGT1A1*6		従来法(Invader法)				合計
		-/-	-/*6	*6/*6	判定不能	
新法 (PCR法)	-/-	53	0	0	0	53
	-/*6	0	38	0	1	39
	*6/*6	0	0	18	0	18
	判定不能	0	0	0	0	0
合計		53	38	18	1	110

自社検討資料

判定一致率:100.0% ※従来法での判定不能は判定一致率の算出から除外しております。

### 【検査方法の参考文献】

恒富亮一: 山口医学 69, 161-168, 2020.